



Município de Tabaí

Estado do Rio Grande do Sul

LICITAÇÃO Nº 27/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

NOTA DE RETIFICAÇÃO

1) Retifico o item 1.1. – Anexo I do Edital – Termo de Referência:

A redação da descrição do item passa a ser a seguinte:

Item	DESCRIÇÃO
01	<p>CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: para uso em intercorrências de parada cardiorrespiratória em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento;</p> <p>a) Possuir no mínimo os modos de operação manual, cardioversão sincronizada com ECG e modo DEA;</p> <p>b) Possuir forma de onda Bifásica, de alta eficiência (alta corrente /baixa energia), ou seja, que forneça a corrente máxima para o coração (cerca de 16 A) com no máximo 200 J de energia;</p> <p>c) Possuir tempo de carga máxima com valor menor ou igual a 6s;</p> <p>d) Possuir sistema de segurança de descarga automática de energia, após longo tempo com o capacitor carregado e sem ser disparado;</p> <p>e) Permitir a descarga no mínimo através de pás externas reutilizáveis e pás adesivas descartáveis;</p> <p>f) Possuir Pás Externas Reutilizáveis únicas para Adulto /Pediátrico;</p> <p>g) Possuir Comandos de Descarga no painel do equipamento e nas pás externas reutilizáveis;</p> <p>h) Possuir Comandos de Ajuste do Nível de Energia no painel do equipamento;</p> <p>i) Possuir indicador de energia entregue;</p> <p>j) Possuir indicador audiovisual de carga completa;</p> <p>k) Possuir, integrado ao equipamento, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO e SPO2;</p> <p>l) Possuir Display LCD Colorido, com tamanho de no mínimo 5 polegadas;</p> <p>m) Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassarem os limites ajustados;</p> <p>n) Possuir sistema de alarme audiovisual para os alarmes funcionais do equipamento, tais como: sensor desconectado, bateria fraca, etc.;</p> <p>o) Possuir Alça de Transporte integrada ao equipamento;</p> <p>p) Características mínimas do sistema de monitorização de ECG: - Possuir a monitorização de 03 derivações (I, II, III); - Apresentar a medição da Frequência Cardíaca; - Apresentar o traçado de curva de ECG; - Possuir também a monitorização do ECG através das pás externas reutilizáveis;</p> <p>q) Características mínimas do sistema de monitorização de RESPIRAÇÃO: - Possuir monitorização por tecnologia de detecção de bioimpedância transtorácica, através do cabo de ECG; - Apresentar a medição da Frequência Respiratória; - Apresentar o traçado de curva da RESPIRAÇÃO.</p> <p>r) Características mínimas do sistema de monitorização de SPO2: - Apresentar a medição da Saturação de O2; -</p>

Tabaí, o povo faz o progresso

Endereço Rua Deputado Julio Redecker, 251 - Centro - Tabaí - RS

www.tabai.rs.gov.br

"Doe Sangue - Doe Órgãos, Salve uma vida"



Município de Tabai

Estado do Rio Grande do Sul

Apresentar a curva pletismográfica; - Apresentar a medição da Frequência de Pulso.

s) Possuir Marca Passo externo não invasivo. Características mínimas do sistema de Marca Passo: - Permitir a estimulação Fixa ou por Demanda; - Possuir ajuste de Frequência de Estimulação; - Possuir ajuste de Corrente de Estimulação.

t) Possuir peso do equipamento com bateria de no máximo 10 kg;

u) Possuir sistema com autonomia de energia mínima igual ou superior a 60 minutos para monitorização de ECG, igual ou superior a 50 descargas com energia máxima, e igual ou superior a 60 minutos de estimulação de marcapasso, com bateria interna ao equipamento, recarregável de tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplados ao equipamento;

v) Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

x) Possuir indicação para bateria com carga baixa;

y) Tensão de Entrada 220V;

z) Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-4; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;

Possuir no mínimo os seguintes acessórios:

- 01 Conjunto Completo de Pás de Desfibrilação Externa Adulto /Pediátrico;
- 01 Cabo completo para estimulação de marca-passo;
- 02 Cabos de ECG completos reutilizáveis com 02 vias para uso Adulto/Pediátrico;
- 02 Sensores de SPO2 de dedo completos reutilizáveis para uso Adulto/Pediátrico;
- 01 Sensor de SPO2 tipo Y completos reutilizáveis para uso Pediátrico;
- 01 impressora térmica;

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas.

Apresentar catálogo na proposta. Entrega técnica de manuseio e treinamento deverá ser combinada com os fiscais.

Garantia mínima de 03 anos do equipamento.

2) Retifico o item 2.2. DA MINUTA DO CONTRATO – A redação do item passa a ser a seguinte:

"2.2. Garantia mínima de 3 (três) anos para o equipamento e 3 (três) meses para acessórios, contra defeitos de fabricação."

3) Retifico a data da sessão pública do presente Pregão Eletrônico, ficando apazada para nova data e horário: **SESSÃO PÚBLICA: 19 DE JULHO DE 2023 ÀS 8 HORAS.**

Tabai, 06 de julho de 2023.

Arsenio Pereira Cardoso
Prefeito Municipal

Tabai, o povo faz o progresso

Endereço Rua Deputado Julio Redecker, 251 - Centro - Tabai - RS

www.tabai.rs.gov.br

"Doe Sangue - Doe Órgãos, Salve uma vida"